

## Fertőtlenítőszer keverő-adagoló falı készülék

Mennyiség: 2 db

Gyártó: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH Hamburg

Típus: neomatik WSG 2

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Dr. Weigert Hungária Kft. Budapest

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Injektoros munkaoldat bekeverő és adagoló készülék	Igen		Falra szerelhető injektoros vegyszerbekeverő állomás
Falra szerelhető kivitel	Igen		Falra szerelhető kivitel
Műanyag ház	Igen		Műanyag ház
Legyen alkalmas tisztító és fertőtlenítő munkaoldatok előállítására és adagolására	Igen		2 db. vegyszer bekeverésére és adagolására alkalmas
A készülék a vízhálózatra történő csatlakozást és a vegyszernek a készülékhez történő csatlakoztatását követően legyen üzemképes	Igen		A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatása után üzemképes
A munkaoldat kijuttatása a tartozékként szállított tömlőn keresztül történik	Igen		A készülék 20m-es tömlővel rendelkezik
A készülék előlapján elhelyezett nyomógommbal üzemeltethető	Igen		A készülék előlapján elhelyezett választókarral történik a vegyszerek kiválasztása, ill. tisztavizes működtetése
Beállítható koncentráció tartománya min. 0,5 – 25 %	Igen, kérjük megadni		Beállítható konc.: 0,5-11%
Szívó oldali teljesítmény maximumának a minimuma 2,0 m	Igen, kérjük megadni		Szívási magasság (max) vegyszer: 2,0 m
Munkaoldat mennyiség maximumának a minimuma 14 lit./perc	Igen, kérjük megadni		Munkaoldat mennyisége: 12 lit./perc
Víz hőmérséklet maximuma 60 °C	Igen, kérjük megadni		Max.víz hőmérséklet: 50°C



**DR. WEIGERT**  
 Dr. Weigert Hungária Kft.  
 1117 Budapest, Hunyadi János út 16.

**NYILATKOZAT**  
**A CHEMISCHE FABRIK DR. WEIGERT GMBH & CO. KG HAMBURG GYÁRTÓ**  
**ÁLTAL GYÁROTT**  
**NEOMATIK WSG 2 MUNKAOLDAT BEKEVERŐ ÁLLOMÁS MINŐSÍTÉSÉRŐL**

Alulírott, mint a Dr. Weigert Hungária Kft. aláírásra jogosult felelős vezetője, ezúton nyilatkozom, hogy a cégünk által forgalmazott, a Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Hamburg által gyártott NEOMATIK WSG 2 MUNKAOLDAT BEKEVERŐ ÁLLOMÁS termék nem tartozik az orvostechnikai eszköz kategóriába, ezért nem kötelező a készüléken a CE jelzés feltüntetése.

A munkaoldat bekeverő állomás rendelkezik azonban egy olyan biztonsági csőleválasztó (pipe disconnect) egységgel, amely a vonatkozó szabványoknak megfelel és üzemzavar esetén biztosítja a megfelelő védelmet mind a felhasználó mind pedig a vízellátó rendszer számára.

Budapest, 2014-07-08

  
.....  
Mosberger József  
Dr. Weigert Hungária Kft.  
 **DR. WEIGERT**  
**Dr. Weigert Hungária Kft.**  
1117 Budapest, Hunyadi János út 16.